


# Wedge Pressure Balloon Catheter

## ウェッジ圧モニターカテーテル




医療機器承認番号：20800BZY00495

# ウェッジ圧モニターカテーテル

## 【仕様】

型式	フレンチサイズ	有効長	適合イントロデューサー・サイズ	材質	バルーンの内容積	ガイドワイヤーサイズ
7184 (142-60P)	4Fr	60cm	4Fr	ポリウレタン	0.75cc	0.015"
7185 (152-60P)	5Fr	60cm	5Fr	ポリウレタン	0.75cc	0.021"
7285 (152-110P)	5Fr	110cm	5Fr	ポリウレタン	0.75cc	0.021"
7256 (162-80P)	6Fr	80cm	6Fr	ポリウレタン	1.25cc	0.032"
7286 (162-110P)	6Fr	110cm	6Fr	ポリウレタン	1.25cc	0.032"
7286/S (162-110P/S)	6Fr	110cm	6Fr	ポリウレタン	1.25cc	0.032"
7287 (172-110P)	7Fr	110cm	7Fr	ポリウレタン	1.5cc	0.035"
7287/S (172-110P/S)	7Fr	110cm	7Fr	ポリウレタン	1.5cc	0.035"

\*7286、7287 が標準品。その他は受注発注で10本よりお願いします。



## 【適用】

中心静脈圧 右心圧 肺動脈圧 肺動脈ウェッジ圧などの右心圧測定

製造販売業者  

**大正医科器械株式会社**  
 TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

本社営業部 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-2-22  
 TEL 06-6553-9666 (代)  
 FAX 06-6553-9305  
 東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田2-10-1-206  
 TEL 03-6715-8864  
 FAX 03-6715-8867

URL <http://www.taishobiomed.com>  
 E-mail [home@taishobiomed.com](mailto:home@taishobiomed.com)

お求め、お問い合わせは…

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。  
 2015.6